

**CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE LAVADO-DESCONTAMINACIÓN, SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TRAZABILIDAD PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO Y MANTENIMIENTO DE 1 AÑO ADICIONAL A LA GARANTÍA.**

EJE PRIORITARIO	EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
OBJETIVO TEMÁTICO	OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación.
PRIORIDAD INVERSIÓN DE	9ª. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional, y local y reduzcan las desigualdades sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales etc.
OBJETIVO ESPECÍFICO	OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales.
LÍNEA DE ACTUACIÓN	090a1E21100101- Inversión y equipamiento de centros sanitarios públicos

**Plazo de ejecución:** 15 meses.

**Importe total:** 768.229,00 € IVA Incluido. **Está cofinanciado en hasta un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020.**

La actual central de esterilización que da servicio al Hospital Virgen de la Salud se encuentra en funcionamiento desde la puesta en marcha de dicho hospital, con la última renovación de los esterilizadores de vapor entre los años 2003 y 2005, por lo que presenta gran obsolescencia tecnológica y un alto grado de desgaste habiéndose comprobado que los equipos no se encuentran en condiciones de ser trasladados al nuevo hospital ni por antigüedad, ni por adaptación a normativa vigente, ni tampoco por capacidad de producción, puesto que el HUT dispondrá de 25 quirófanos que suponen aproximadamente el doble de los que está dando servicio la central de esterilización del Hospital Virgen de la Salud.

Habiendo quedado justificada la imposibilidad de trasladar equipos al nuevo hospital se considera necesaria la compra de equipamiento para la Central de Esterilización del nuevo HUT. Así, se pretende satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos, mejorando la prestación de servicios a la población con impacto directo en la eficiencia, seguridad y calidad del sistema sanitario.

Se pretende así fortalecer el sistema de innovación regional a través de la creación y/o consolidación de nuevas infraestructuras, dotación y reposición de equipamiento y recursos científicos especializados. En particular, prestar la asistencia sanitaria adecuada mediante la realización de procesos de lavado-descontaminación y esterilización actuales.



***Una manera  
de hacer Europa***

Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional



La construcción del nuevo Hospital Universitario de Toledo forma parte de la estrategia con respecto a la protección y promoción de la salud del Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mediante el uso de técnicas e instalaciones de última generación aplicadas al cuidado de la salud. Son beneficiarios de esta actuación no sólo la población sanitaria del área de salud del Hospital, sino que en última instancia lo son todos los residentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, independientemente del tipo de cobertura sanitaria que tengan.